DL2000 DNA Marker

1 产品简介

本制品是由 6 条双链 DNA 条带组成，适用于琼脂糖凝胶电泳中 DNA 条带的分析。产品中已经含有 1×DNA Loading Buffer,可以根据不同实验的需要，直接吸取 2-5μl 本产品进行琼脂糖凝胶电泳，使用方便，电泳图像清晰。6 条带是由 100，250，500，750，1000，2000bp 共双链 DNA 片段组成，其中 750 bp 是指示带，显示亮带。



2 使用方法

2.1 取 2-5μl 本产品加入到琼脂糖凝胶的加样孔中（每 1mm×1mm 加样孔加 1μl，如果加样孔宽于 5mm，可以适当增加上样量）就行电泳。

2.2 建议电泳条件：凝胶浓度为 1.5-2.0%，凝胶长度 5-7cm，电泳电压 4-10v/cm，电泳时间 15-20 分钟。

2.3. 通过 EB 染色后紫外灯下观察条带。

注：如果使用 Goldview 等染料就行染色，由于灵敏度比 EB 低，请酌情增加 Marker 的上样量。

● 注意事项：

1. 琼脂糖的质量对 DNA 的电泳有很大影响，电泳时请尽量使用质量优等的琼脂糖。
2. 请使用新鲜配制的电泳缓冲液和新鲜配制的琼脂糖凝胶进行电泳，以保证 Marker 良好的分离效果。
3. -20℃。融化后于 4℃保存，避免反复冻融。

订购方式：

（1）登录瑞楚生物官网 www.ruichubio.com 订购或拨打 021-59145618 订购热线订购；

（2）直接登录瑞楚生物淘宝旗舰店 ruichubio.taobao.com 订购；

（3）登录 www,ruichubio.com 下载中心下载订购单，填表并发送至表格中标注的邮箱完成订购

注：在邮件确认合同或订购单情况下，可以货物和发票一起寄送，对公转账。

版权归瑞楚生物所有